



HOLTER TK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SCANLIGHT II / III

medset
INNOVATION IN CARDIOLOGY

Název

katalog



Záznamník pro Holter TK, SCANLIGHT III, komplet
- pouzdro s páskem
- manžeta standard, velikost 24 – 32 cm
- možnost připojení k vyhodnocovacímu programu PADSY SCANLIGHT

805-102



Bezdrátová Bluetooth™ komunikace se systémem PADSY (od verze 6.6a) **NOVINKA**



Manžeta dětská, 20-24cm, SCANLIGHT II/III, komplet, S
Manžeta standard, 24-32cm, SCANLIGHT II/III, komplet, M
Manžeta velká, 32-38cm, SCANLIGHT II/III, komplet, L
Manžeta extra velká, 38-55cm, SCANLIGHT II/III, komplet, XL
Manžeta extra malá, 14-20cm, SCANLIGHT II/III, komplet, XS

805-302

805-301

805-303

805-305

805-306



Konektor na manžetu Scanlight

805-502



Pouzdro s páskem, SCANLIGHT II/III

805-351

Pásek k pouzdru SCANLIGHT II/III

805-352



Podkladová punčocha Stockinet 32008 MS04, 10.1cm

742-010

Podkladová punčocha Stockinet 32007 MS03, 7.6cm


742-011

Bateriový kryt k SCANLIGHT II

805-503

Bateriový kryt k SCANLIGHT III

805-504



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE



Kabel komunikační SCANLIGHT

805-401



Dezinfekce na čištění manžet Mikrozyd senzitive roztok, 1l

Dezinfekce Mikrozyd AF Jumbo kapesníčky (balení 200ks), dóza

781-208

Dezinfekce Mikrozyd AF Jumbo kapesníčky (balení 200ks), náplň

781-209

Dezinfekce Terralin protect - s parfumací, 2l

781-203



Akumulátor eneloop AA 1900 mA, blistr 4ks

277-060

Akumulátor eneloop AAA 750 mA, blistr 4ks

277-061

Nabíječka + 4x akumulátor eneloop AA 1800 mA (R6)

277-010



Dle zákona č. 346/2003 Sb. se periodická bezpečnostně technická kontrola (PBTk) u holteru TK SCANLIGHT II / III provádí jednou za rok.


Dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a dle vyhlášky č. 345/2002 Sb. v platném znění je povinnost metrologicky ověřit holtery TK SCANLIGHT II / III jednou za dva roky.

PBTk a metrologii si můžete objednat na tel. čísle: 605 281 433.



PADSY SCANLIGHT

Spolehlivé monitorování krevního tlaku



- přehledný vyhodnocovací program SCANLIGHT
- jednoduchá obsluha s Pomocníkem tisk patientského deníku
- konfigurovatelná závěrečná zpráva
- archivace, export a import záznamů
- export záznamů do formátu JPG či PDF
- komunikace s programy pro vedení ambulance (PC DOKTOR, AMICUS a další)
- komunikace se záznamníky:
 - MESET: SCANLIGHT II, SCANLIGHT III
 - BOSO: TM-2430
 - Spacelabs: ABPM 90207, ABPM 90217